



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-
Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Αθανασίου
Ταχ. Δ/ση: Ηφαίστου 12
Τ.Κ. 81400, Μύρινα
Τηλέφωνο: 22543-50129
e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr

Μύρινα 01-09-2025
Αριθμ. Πρωτ: 9301

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προβολέα χειρουργείου.

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΔΟΥΡΥΦΟΡΟ (ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ	1 ΣΕΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

.Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:70.000-1,60,000 LUM

.Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ(K):4000/4200/4500,4800&5000

.ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ:800-1600mm

.Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:150-300(Με απλή περιστροφή της αποστειρωμένης λαβής).

.Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:220V/50HZ

.Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(RA):>95

.Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ: >90

.ΣΥΝΟΛΟ LED ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΩΤΙΣΜΟ:ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 ΘΕΣΕΩΝ(2 ΦΩΤΙΣΜΟΙ 120LED).

.Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:550mm

.ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ :244CM

.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΧΑΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ:5

.Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:ΣΕ ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 30-100%.

.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

.ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ LED:50.000ώρες .

.ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

.Να έχει τη δυνατότητα, εφόσον απαιτηθεί, να μπορεί να τοποθετηθεί κάμερα και μόνιτορ σε τρίτο βραχίονα. (Για μετάδοση ή βιντεοσκόπηση ζωντανών χειρουργικών πράξεων.)

.Με το ειδικό σχήμα (Δίσκου) να εξασφαλίζει χαμηλή πίεση ακριβώς κάτω από την επιφάνειά του ώστε να μη ενοχλείται ο γιατρός κατά τη διάρκεια του χειρουργείου από τη ροή του αέρα.

.Ειδικό σύστημα εστίασης που να δίνει βαθύ φωτισμό σε περισσότερο από ένα μέτρο.

.Οθόνη ψηφιακή επαφής.

.Να απομονώνει τις υπέρυθρες και UVA ακτίνες.

.Με πιστοποιητικά CE και FDA

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως **05-09-2025** και ώρα **14:00** μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prom@1160.syzefxis.gov.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ