



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες : Δέσποινα Αρχοντίδου
Ταχ. Δ/ση: Ηφαίστου 12
Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400
Τηλέφωνο: 22543-50148
e-mail: prosfores@1160.syzefxis.gov.gr

Μύρινα 13-10-2025
Αρ. Πρωτ.:10930

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΤΡΩΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 197 X 90 cm	ΤΕΜ	3
2	ΚΑΛΥΜΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΑΤΟΜΑ	ΤΕΜ	3
3	ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΑ	10

- Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.
- Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.
- Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται.
- Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως **17-10-2025 και ώρα 14:00** μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@1160.syzefxis.gov.gr . Τα επισυναπτόμενα έγγραφα να είναι σε μορφή PDF και στο θέμα να αναγράφεται ο αριθμός της Δημοσίευσης και η επωνυμία της εταιρείας.

- Τα στρώματα νοσηλείας για υπέρβαρα άτομα να είναι σύμφωνα με τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές:
 1. Να είναι σύγχρονου σχεδιασμού και κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση.
 2. Να διαθέτει τουλάχιστον 3 στρώσεων αφρού με την πάνω στρώση να είναι από ειδικό υλικό όπως (viscoelastic ή παρόμοιο) για την καλύτερη προσαρμογή του στρώματος και διανομή του βάρους του ασθενή.
 3. Να διαθέτει σύστημα (όπως ειδικές στρώσεις κλπ) για την βέλτιστη διανομή και διατήρηση ιδανικής θερμοκρασίας κάτω από τον ασθενή και την αποφυγή ανάπτυξης υγρασίας.
 4. Να είναι ιδανικό για πρόληψη κατακλίσεων τουλάχιστον 2ου βαθμού.
 5. Να διαθέτει ενισχυμένο πλαίσια για να διασφαλίζεται άνεση και η σταθερότητα του ασθενή όταν τοποθετείται στα πλάγια του στρώματος.
 6. Να διαθέτει εγκοπές κάτω από την κάτω στρώση του στρώματος για την βέλτιστη διανομή των πιέσεων κατά την ρύθμιση της κλίνης.
 7. Μέγεθος: Να δηλωθούν οι διαστάσεις του.
 8. Ύψος: 15 cm τουλάχιστον.
 9. Να μπορεί να στηρίξει ασθενή βάρους τουλάχιστον 200 κιλών.
 10. Να μπορεί περιστραφεί πάνω στην κλίνη σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του.
 11. Να είναι βραδύκαυστο. Να αναφερθεί η οδηγία.
 12. Το στρώμα να είναι κατάλληλο για χρήση με ακτινογραφικό μηχάνημα.
 13. Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - a) Αδιάβροχο
 - b) Αντιμυκητιακό
 - c) Αεροδιαπερατό
 - d) Αντιβακτηριακό
 - e) Διαελαστικό
 - f) Να πλένεται σε πλυντήριο. Να αναφερθεί η θερμοκρασία πλύσης.
 - g) Οι ραφές του να είναι ραμμένες και κολλημένες με τρόπο (να αναφερθεί η μέθοδος) ώστε να παρέχεται η βέλτιστη προστασία του στρώματος από εισροή υγρών.
 - h) Βραδύκαυστο. Να αναφερθεί η οδηγία.
 - i) Δυνατότητα αφαίρεσης του με φερμουάρ 350° το φερμουάρ να καλύπτεται για την αποφυγή εισροής υγρών από τα πλάγια του στρώματος.
 - j) Κατάλληλο για χρήση με ακτινογραφικό μηχάνημα.
 - k) Να είναι ανθεκτικό στα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ