



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
2<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-  
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες : Δέσποινα Αρχοντίδου

Ταχ. Δ/ση: Ηφαίστου 12

Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400

Τηλέφωνο: 22543-50148

e-mail: prosfores@1160.syzefxis.gov.gr

Μύρινα 01-12-2025

Αρ. Πρωτ.: 12960/02-12-2025

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών**

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ιατρική ψηφιακή κάμερα full HD	TEM	1
2	Έγχρωμο μόνιτορ HD με επίπεδη οθόνη ειδικό για ενδοσκοπικές απεικονίσεις.	TEM	1
3	Ενδοσκοπική πηγή ψυχρού φωτισμού τεχνολογίας led	TEM	1

- Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.
- Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.
- Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται.

- Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως **05-12-2025 και ώρα 14:00** μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [prosfores@1160.syzefxis.gov.gr](mailto:prosfores@1160.syzefxis.gov.gr) . Τα επισυναπτόμενα έγγραφα να είναι σε μορφή PDF και στο θέμα να αναγράφεται ο αριθμός της Δημοσίευσης και η επωνυμία της εταιρείας.
- Τα είδη A1 A2και A3 να είναι σύμφωνα με τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές:

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **ΕΙΔΟΥΣ Α1\_ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ FULL HD**

- ✓ Να διαθέτει 3 κομβία στην κεφαλή της κάμερας με δυνατότητα προγραμματισμού στις λειτουργίας που επιθυμεί ο χρήστης.
- ✓ Να διαθέτει ψηφιακό ζουμ 1X/1,2X/1,4X/1,6X
- ✓ Να διαθέτει δυνατότητα freeze.
- ✓ Να διαθέτει δυνατότητα περιστροφής της εικόνας κατά 180°.
- ✓ Να διαθέτει δυνατότητα mirror εικόνας.
- ✓ Να παρέχει Υπερ-υψηλή ευαισθησία με αισθητήρα εικόνας 1/3 CCD.
- ✓ Να παρέχει οριζόντια ανάλυση 470 TV-lines.
- ✓ Να διαθέτει ελάχιστη φωτεινότητα 0,1 lux.
- ✓ Να διαθέτει επεξεργαστή ψηφιακής εικόνας 10 bit.
- ✓ Να παρέχει ψηφιακή λειτουργία anti-moire (για εύκαμπτα ενδοσκόπια).
- ✓ Να παρέχει λειτουργία ισοροπίας λευκού φωτός.
- ✓ Να παρέχει λειτουργία black balance.
- ✓ Να παρέχει λειτουργία windows σε τέσσερα (4) στάδια.
- ✓ Να διαθέτει αδιάβροχη κεφαλή κάμερας.
- ✓ Να δίνεται να συνδεθεί με πηγή τεχνολογίας LED ίδιου οίκου για αυτόματη ψηφιακή ρύθμιση φωτεινότητας.
- ✓ Να παρέχει δυνατότητα Variable focus 14- 32 (προαιρετικά)
- ✓ Να διαθέτει ψηφιακή έξοδος High Definition (1920 X 1200)

### **ΕΙΔΟΥΣ Α2\_ MONITOR 24**

- ✓ Να διαθέτει ανάλυση: 1920 X 1080
- ✓ Να διαθέτει χρώματα: 16,77 εκατομμύρια.
- ✓ Να διαθέτει φωτεινότητα: 250 cd/m<sup>2</sup>
- ✓ Να διαθέτει αναλογία αντίθεσης: 1000:1
- ✓ Χρόνος απόκρισης 5 ms
- ✓ Να διαθέτει τεχνολογία για μειωμένη κατανάλωση ρεύματος και βελτιωμένη εργονομία
- ✓ Να παρέχει καθαρή εικόνα από όλες τις θεάσεις με 178 μοιρών γωνία θέασης που ελαχιστοποιεί τη διαφοροποίηση του χρώματος και της αλλαγές του λόγου αντίθεσης (constratio) όταν η θέαση της οθόνης γίνεται υπό γωνία.
- ✓ Να έχει δυνατότητες Autobreitheness Control, Ficker-Free (όχι τρεμόπαιγμα οθόνης) antiglare και 80% reduction light blue για αποφυγή κόπωσης ματιών.

- ✓ Να διαθέτει λογισμικό εγκατάστασης προσωπικών ρυθμίσεων.
- ✓ Να διαθέτει πέντε έτη εγγύηση.

### **ΕΙΔΟΥΣ A3\_ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED**

- ✓ Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής.
- ✓ Να παρέχει αθόρυβο σύστημα λειτουργίας μικρότερο του 30 db/1 m.
- ✓ Να έχει θερμοκρασία χρώματος 6.000oK (λευκός φωτισμός)
- ✓ Να διαθέτει διάρκεια ζωής λάμπας 50.000 ώρες.
- ✓ Να παρέχει αυτόματη αυξομείωση φωτισμού με την κάμερα.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ**