ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Λιαράκος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Ηφαίστου 12
Τ.Κ. 81400, Μύρινα
Τηλέφωνο: 22543-50146
e-mail:diax-gnlimnou@1160.syzefxis.gov.gr

Μύρινα, 6-11-2026
Αριθμ. Πρωτ:12232

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	**ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ** Η συσκευή : 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας μικρού όγκου. 2. Να μετράει άμεσα τις παραμέτρους : PH, PO_2, PCO_2, tHb, SO_2, Na^+, K^+, Ca^{++}, Cl^-, Glu, Bun, Lactate και υπολογισμού των παραμέτρων : HCO_3, BE, BE_{ecf}, BE_{act}, BB, tCO_2, st. HCO_3 , st.pH, O_2ct, Hct , cH^+, $AaDO_2$, nCa^{++}, *P*50 3. Να μετρά άμεσα την αιμοσφαιρίνη tHb και την περίσεια οξυγόνου SO_2 4. Να μην έχει ηλεκτρόδια και εξωτερικά διαλύματα. Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και όλα τα ηλεκτρόδια που απαιτούνται για την λειτουργία του αναλυτή και την έκδοση των αποτελεσμάτων να βρίσκονται σε κασέτες μιας χρήσης. 5. Η βαθμονόμηση να γίνεται αυτόματα πριν από κάθε μέτρηση, με	**1 ΤΕΜΑΧΙΟ**

	φιάλη αερίων στο εσωτερικό του αναλυτή, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα των αποτελεσμάτων. 6. Να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος συντήρησης. Να μην χρειάζεται προληπτική συντήρηση και service (αλλαγή μεμβρανών, ηλεκτροδίων κ.τ.λ). 7. Να δέχεται ολικό αίμα από σύριγγα και τριχοειδές έως 130μl. Να μην υπάρχει επιμόλυνση μεταξύ των δειγμάτων. 8. Να παρέχεται πλήρη ασφάλεια στο προσωπικό από επιμολύνσεις τόσο κατά την είσοδο του δείγματος όσο και κατά την απόρριψη των αποβλήτων. 9. Να διαθέτει ενσωματωμένη μεγάλη οθόνη αφής και εκτυπωτή. 10. Να είναι μικρός σε διαστάσεις και μικρού βάρους για την εύκολη μεταφορά του. Να λειτουργεί και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μεγάλο χρόνο αυτόνομης λειτουργίας και με ηλεκτρικό ρεύμα. 11. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης αποτελεσμάτων. Να δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισής του με νέες εξετάσεις. 12. Όταν δε βρίσκεται σε λειτουργία να μην κάνει καμία κατανάλωση αντιδραστηρίων και να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας για λειτουργία. 13. Τα αντιδραστήρια να διαθέτουν ετικέτα με γραμμική κωδικοποίηση (BarCode) ώστε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και ασφαλή εισαγωγή στοιχείων. 14. Οι κασέτες μέτρησης να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου και να έχουν μακρά ημερομηνία λήξης (άνω των τριών μηνών), να αναφερθεί πόσο. 15. Οι προσφερόμενες συσκευασίες να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρές ει δυνατόν ανά μία, για να προσαρμόζονται με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου χωρίς το κίνδυνο λήξης τους πριν την χρήση τους. **(ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΕΧΝ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)** **ΕΠΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ**	
	ΑΠΟ 1-1-2026 ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΤΑ 30%	

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ.

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως 13-11-2026 και ώρα 15:00** μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : **diax-gnlimnou@1160.syzefxis.gov.gr**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

STELLA MAVROLAMPADOU
06/11/2026 14:03